

داروها و تجهیزات

ترالی احیای نوزادان بخش های بستری نوزاد

(NICU، PostNICU و نوزادان)

ملزومات ضروری احیای نوزاد در بخش های بستری نوزاد

- ۱- ترالی احیای نوزاد
- ۲- حسگر دما به همراه پوشش حسگر برای گرم کننده تابشی (برای استفاده در احیای طولانی مدت)
- ۳- کیسول اکسیژن پرتابل
- ۴- دستگاه ساکشن پرتابل (**)
- ۵- بلندر blender (**)
- ۶- دستگاه احیای تی پیس
- ۷- کیسول هوای فشرده
- ۸- تشک گرمایی برای نوزادان بسیار نارس (*)
- ۹- نمایشگر الکترونیکی قلب نوزاد (ECG) (*)
- ۱۰- فهرست مکتوب کلیه داروها و ملزومات موجود در ترالی اورژانس که به ترتیب طبقات منظور شده و اطلاعات ضروری در آن مندرج است و در یک طرف ترالی بایستی نصب باشد.
- ۱۱- جدول محاسبه فوری مقدار داروها برای نوزادان ۰/۵ تا ۴ کیلوگرمی (پیوست ۳ جدول شماره ۱)
- ۱۲- جدول اشباع اکسیژن هدف (پیوست ۴ جدول شماره ۲)
- ۱۳- جدول عمق فرو بردن لوله نای و جدول اندازه لوله بر اساس وزن و سن بارداری (پیوست ۵ جدول شماره ۳)

توجه:


* : تجهیزات و ملزومات دارای علامت *، اختصاصی NICU است و در سایر بخش های بستری نوزادان لازم نمی باشد.

** : تجهیزات و ملزومات دارای علامت **، اختصاصی بخش های بستری نوزادان است و در NICU لازم نمی باشد.

فهرست داروهای ترالی احیای نوزادان بخش های بستری نوزاد (داروهای حیات بخش)

کشوی اول و دوم

ردیف	نام فارسی دارو	مقدار دارو	شکل دارو	نام دارو	حداقل تعداد
۱	اپی نفرین	۰/۱mg/mL, ۱۰mL	Amp	Epinephrine HCL	۵
۲	کلرید سدیم ۰/۹٪ (نرمال سالین)	۵۰۰ mL	Solution	Sodium Chloride 0.9%	۲
۳	دکستروز ۱۰٪	۲۵۰ mL	Vial	Dextrose 10%	۱
۴	آب مقطر	۵ mL	Amp	Water for Injection	۵
۵	کلسیم گلوکونات	۱۰۰ mg/ mL, ۱۰ mL	Amp	Calcium Gluconate 10%	۱
۶	نالوکسان	۰/۴mg/ mL	AMP	Naloxone Hcl	۱



نکته: با توجه به شرایط بحرانی زمان احیا و همراهی استرس و اضطراب، لازم است داروها و ملزومات ترالی طبق دستورعمل جدید از ردیف جلو کشوی اول و از راست به چپ چیده شود و تمام کارکنان بخش درمان از قبل با آن آشنایی کافی داشته باشند.

محتویات طبقات ترالی احیای نوزاد بخش های بستری نوزاد

به ترتیب از بالا به پایین

	طبقه اول																																				
	طبقه دوم																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">سرنگ های ۱، ۲، ۵ و ۱۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)</td> <td rowspan="6" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">انواع سرنگ</td> <td rowspan="10" style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: middle;">طبقه سوم (وسایل تزریقات و رگ گیری)</td> </tr> <tr> <td>سرنگ های ۲۰ و ۵۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)</td> </tr> <tr> <td>سرنگ انسولین (۳ عدد)</td> </tr> <tr> <td>سرسوزن های شماره ۲۰، ۲۱ (از هر کدام ۳ عدد)</td> </tr> <tr> <td>سوزن تزریق داخل استخوان (اختیاری)</td> </tr> <tr> <td>سه راهی (۲ عدد)</td> </tr> <tr> <td>اسکالپ وین آبی شماره ۲۳ (۵ عدد)</td> <td rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">انواع اسکالپ وین و آنژیوکت</td> </tr> <tr> <td>آنژیوکت صورتی شماره ۲۰ (۲ عدد)</td> </tr> <tr> <td>آنژیوکت آبی شماره ۲۲ (۳ عدد) (**)</td> </tr> <tr> <td>سه راهی آنژیوکت (۳ عدد) (**)</td> </tr> <tr> <td>هپارین لاک (۳ عدد) (**)</td> </tr> <tr> <td>کاتترهای سیاهرگ نافی استاندارد (End hole) ۳/۵ F یا ۵ F</td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">انواع ست تزریق</td> </tr> <tr> <td>چسب ضد حساسیت برای نصب حسگرها / پروب پالس اکسی متر (حداقل ۱ حلقه)</td> <td rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">انواع چسب</td> </tr> <tr> <td>چسب معمولی لکوپلاست برای تثبیت لوله تراشه (حداقل ۱ حلقه)</td> </tr> <tr> <td>چسب شفاف برای تثبیت کاتتر نافی (اختیاری)</td> </tr> <tr> <td>پد الکلی حداقل ۱۰ عدد یا پنبه به همراه افشانه الکلی در داخل ترالی</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">لارنگوسکوپ با تیغه های راست (Miller) شماره ۰ (نوزاد نارس) و شماره ۱ (نوزاد رسیده) (۲ ست) لامپ و باتری اضافی برای لارنگوسکوپ، در صورت نیاز تیغه لارنگوسکوپ شماره ۰۰ (اختیاری)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">استایلِت (stylet) (۱ عدد) (*)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">لوله دهانی معدی ۶ F و ۸ F (از هر کدام ۳ عدد)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">لوله دهانی معدی ۱۰ F و ۱۲ F و ۱۴ F (از هر کدام ۱ عدد)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">سوند نلاتون (کاتتر ساکشن) ۵F، ۶F، ۱۰F، ۱۲F و ۱۴F (از هر کدام ۳ عدد)</td> </tr> </table>	سرنگ های ۱، ۲، ۵ و ۱۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)	انواع سرنگ	طبقه سوم (وسایل تزریقات و رگ گیری)	سرنگ های ۲۰ و ۵۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)	سرنگ انسولین (۳ عدد)	سرسوزن های شماره ۲۰، ۲۱ (از هر کدام ۳ عدد)	سوزن تزریق داخل استخوان (اختیاری)	سه راهی (۲ عدد)	اسکالپ وین آبی شماره ۲۳ (۵ عدد)	انواع اسکالپ وین و آنژیوکت	آنژیوکت صورتی شماره ۲۰ (۲ عدد)	آنژیوکت آبی شماره ۲۲ (۳ عدد) (**)	سه راهی آنژیوکت (۳ عدد) (**)	هپارین لاک (۳ عدد) (**)	کاتترهای سیاهرگ نافی استاندارد (End hole) ۳/۵ F یا ۵ F	انواع ست تزریق	چسب ضد حساسیت برای نصب حسگرها / پروب پالس اکسی متر (حداقل ۱ حلقه)	انواع چسب	چسب معمولی لکوپلاست برای تثبیت لوله تراشه (حداقل ۱ حلقه)	چسب شفاف برای تثبیت کاتتر نافی (اختیاری)	پد الکلی حداقل ۱۰ عدد یا پنبه به همراه افشانه الکلی در داخل ترالی	لارنگوسکوپ با تیغه های راست (Miller) شماره ۰ (نوزاد نارس) و شماره ۱ (نوزاد رسیده) (۲ ست) لامپ و باتری اضافی برای لارنگوسکوپ، در صورت نیاز تیغه لارنگوسکوپ شماره ۰۰ (اختیاری)			استایلِت (stylet) (۱ عدد) (*)			لوله دهانی معدی ۶ F و ۸ F (از هر کدام ۳ عدد)			لوله دهانی معدی ۱۰ F و ۱۲ F و ۱۴ F (از هر کدام ۱ عدد)			سوند نلاتون (کاتتر ساکشن) ۵F، ۶F، ۱۰F، ۱۲F و ۱۴F (از هر کدام ۳ عدد)			
سرنگ های ۱، ۲، ۵ و ۱۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)	انواع سرنگ			طبقه سوم (وسایل تزریقات و رگ گیری)																																	
سرنگ های ۲۰ و ۵۰ سی سی (از هر کدام ۳ عدد)																																					
سرنگ انسولین (۳ عدد)																																					
سرسوزن های شماره ۲۰، ۲۱ (از هر کدام ۳ عدد)																																					
سوزن تزریق داخل استخوان (اختیاری)																																					
سه راهی (۲ عدد)																																					
اسکالپ وین آبی شماره ۲۳ (۵ عدد)	انواع اسکالپ وین و آنژیوکت																																				
آنژیوکت صورتی شماره ۲۰ (۲ عدد)																																					
آنژیوکت آبی شماره ۲۲ (۳ عدد) (**)																																					
سه راهی آنژیوکت (۳ عدد) (**)																																					
هپارین لاک (۳ عدد) (**)																																					
کاتترهای سیاهرگ نافی استاندارد (End hole) ۳/۵ F یا ۵ F	انواع ست تزریق																																				
چسب ضد حساسیت برای نصب حسگرها / پروب پالس اکسی متر (حداقل ۱ حلقه)	انواع چسب																																				
چسب معمولی لکوپلاست برای تثبیت لوله تراشه (حداقل ۱ حلقه)																																					
چسب شفاف برای تثبیت کاتتر نافی (اختیاری)																																					
پد الکلی حداقل ۱۰ عدد یا پنبه به همراه افشانه الکلی در داخل ترالی																																					
لارنگوسکوپ با تیغه های راست (Miller) شماره ۰ (نوزاد نارس) و شماره ۱ (نوزاد رسیده) (۲ ست) لامپ و باتری اضافی برای لارنگوسکوپ، در صورت نیاز تیغه لارنگوسکوپ شماره ۰۰ (اختیاری)																																					
استایلِت (stylet) (۱ عدد) (*)																																					
لوله دهانی معدی ۶ F و ۸ F (از هر کدام ۳ عدد)																																					
لوله دهانی معدی ۱۰ F و ۱۲ F و ۱۴ F (از هر کدام ۱ عدد)																																					
سوند نلاتون (کاتتر ساکشن) ۵F، ۶F، ۱۰F، ۱۲F و ۱۴F (از هر کدام ۳ عدد)																																					
	طبقه چهارم (پروسیجر)																																				

گاز استریل حداقل ۳ عدد	طبقه پنجم (وسایل برقراری راه هوایی)
دستکش استریل شماره های ۶/۵ و ۷، ۷/۵ و ۸ (از هر کدام ۱ عدد)	
دستکش یک بار مصرف (۱ بسته)	
تیغ بیستوری استریل شماره ۲۲ برای بریدن بند ناف نوزاد به منظور جا گذاری کاتتر نافی (۲ عدد)	
گیره کوچک هموستات (۱ عدد)	
قیچی تک پیچ استریل برای کوتاه کردن لوله تراشه (۱ عدد)	
بگ خود گشای نوزاد ۲۴۰ سی سی (۲ عدد)	
ماسک صورت در اندازه های نوزاد رسیده و نارس از هر کدام حداقل ۲ عدد	
ماسک حنجره ای (شماره ۱) و سرنگ ۵ mL (۲ عدد)	
لوله تراشه با قطر درونی ۲/۵ mm، ۳/۰ mm و ۳/۵ mm و ۴ (از هر کدام ۳ عدد)	
لیدهای ECG کودکان (۵ عدد) (*)	
نوار اندازه گیری (متر)	
چراغ قوه قلمی (۱ عدد)	
محلول ضد عفونی بتادین (۱ عدد)	
گوشی پزشکی	
کیسه پلاستیکی (زیپ کیپ سایز X Large) ویژه نوزادان بسیار نارس (سن بارداری کمتر از ۳۲ هفته) (*)	
Air way برای نوزاد رسیده و نارس (از هر کدام ۱ عدد)	
کیف احیای بزرگسال	