



## چک لیست نظارت و ارزشیابی کنترل عفونت در آندوسکوپی

**محور: ضد عفونی کردن لوازم و تجهیزات**

کد	ردیف	پاسخها	
		بلی	خیر
۱	۱۴	تست نشت آندوسکوپ قبل از شروع پروسه انجام می شود؟	
۱	۱۵	تمیز کردن دستی در فر آیند تمیز کردن انجام می شود ؟	
۱	۱۶	تمام لوله ها و اجزای قابل جدا شدن و قسمت‌های قابل فرو بردن در آب تمیز می گردند؟	
۱	۱۷	تمام لوله ها به خاطر زدودن مواد آلی و کاستن تعداد ارگانیسرها برس زده می شود	
۱	۱۸	برای تمیز کردن عدسی ها از برس نرم استفاده می شود ؟	
۱	۱۹	تمام لوله ها و آندوسکوپ ها بعد از تمیز کردن برای از بین بردن اجزای آئزیمی با آب شسته می شود ؟	
۱	۲۰	تمام آب اضافی لوله ها با تزریق هوا به خاطر کاهش احتمال رقیق شدن محلول ضد عفونی کننده از بین برده می شود ؟	
۱	۲۱	تمام قسمت‌های غیر قابل فرو بردن در آب آندوسکوپ با یک ضد عفونی کننده سطحی بیمارستان تمیز می شوند؟	
۱	۲۲	به دستورالعمل کارخانه سازنده در مورد تمیز کردن و ضد عفونی کردن دقت می شود؟	
۱	۲۳	دستگاه به طور کامل به مدت ۲۰ دقیقه در ماده ضد عفونی کننده غوطه ور می شود ؟	
۱	۲۴	تمام سطوح داخلی و خارجی لوله های آندوسکوپ به طور کامل و به مدت ۲۰ دقیقه در ماده ضد عفونی کننده قرار داده می شود؟	
۱	۲۵	در ظرف ماده ضد عفونی کننده گذاشته می شود؟	
۱	۲۶	پس از اتمام ضد عفونی کردن دستگاهها با آب استریل آبکشی می شود؟	
۱	۲۷	لوازمی که امکان فرو بردن در آب را ندارند با سیستم اسید پر استیک ضد عفونی و با آب استریل شستشو داده می شوند؟	
۱	۲۸	دستگاهها را در آب خالص غوطه ور می کنند و سپس دستگاه خارج و هوا به داخل کانالها پمپ می شود؟	
۱	۲۹	بعد از ضد عفونی کردن با هوای فشرده مرحله خشک کردن به طور صحیح انجام میشود؟	
۱	۳۰	در صورتی که از آب شیر استفاده می شود از الکل ۷۰٪ استفاده و سپس با هوای فشرده آنرا خشک می کنند؟	
۱	۳۱	لوازم یدکی بعد از اتمام کار تمیز و یا ضد عفونی می شود ؟	
۱	۳۲	اجزای بافت که با دست قابل تمیز کردن نیستند به روش اولترا سونیک تمیز می شوند؟	
۱	۳۳	فورسپسهای بیوپسی پس از تمیز کردن با بخار تحت فشار استریل میشوند؟	
۱	۳۴	برس ها یا یکبار مصرف هستند یا بعد از استفاده ضد عفونی می شوند؟	
۱	۳۵	بطری های آب روزانه استریل یا ضد عفونی می شوند؟	
۱	۳۶	محیط عمومی محل آندوسکوپی (برانکارد، ظرفشویی....) بعد از هر بار استفاده با ماده کلر دار شسته می شوند؟	
۲	۳۷	لاپاروسکوپیهای حساس به حرارت بعد از شستشو در گلو تا آلدئید ۲٪ به مدت ۱۰ دقیقه خیسانده می شود؟	
۲	۳۸	در موارد مشکوک به باسیل سل لاپاروسکوپ به مدت ۲۰ دقیقه در گلو تار آلدئید ۲٪ خیسانده می شود؟	
۲	۳۹	آندوسکوپیهای معدی روده ای قابل انعطاف قبل از ضد عفونی شسته می شود ؟	
۲	۴۰	آندوسکوپ دستگاه گوارش بعد از شستشو به مدت ۲۰ دقیقه در محلول گلو تار آلدئید ۲٪ خیسانده می شود ؟	



## چک لیست نظارت و ارزشیابی کنترل عفونت در آندوسکوپی

محور: شستشوی دست

کد	ردیف	پاسخ	
		بلی	خیر
۳	۴۸	پرسنل اصول صحیح دست شستن را می دانند.	
۱	۴۹	دستشوئی ها در محل مناسب جهت سهولت شستن دست تعبیه شده است	
۱	۵۰	کارکنان قبل از تماس با بیمار دستهای خود را با آب و صابون می شویند یا راب می کنند.	
۱.۳	۵۱	کارکنان بعد از تماس با بیمار دستهای خود را با آب و صابون می شویند یا راب می کنند.	
۱	۵۲	پرسنل قبل از خروج بخش دستهای خود را می شویند	
۱	۵۳	کارکنان قبل از انجام پروسیجرهای تهاجمی ( IV گرفتن و سونداژ...) دستهای خود را با آب و صابون می شویند یا راب می کنند .	
۱	۵۴	کارکنان قبل از پوشیدن دستکش استریل، دستهای خود را با محلولی با پایه الکلی ضد عفونی می کنند.	
۱	۵۵	کارکنان بعد از در آوردن دستکش دستهای خود را با آب و صابون می شویند یا راب می کنند .	
۱	۵۶	هنگامیکه آلودگی قابل رویت در دستها وجود دارد (خون، ترشحات و...) دستها را می شویند.	
۱	۵۷	از محلولهای الکلی در صورتی که آلودگی قابل رویت در دستها(خون و ترشحات) وجود ندارد، استفاده می شود.	
۳	۵۸	دسترسی آسان و سریع به مایع صابون دارند.	
۱	۵۹	ظروف مایع صابون روزانه قبل از پر کردن شسته و خشک میشوند.	
۱	۶۰	در هریک از اتاقهای بیماران سینک دستشویی وجود دارد.	
۱	۶۱	لوسیون نرم کننده جهت دست بعد از شستشو وجود دارد.	
۳	۶۲	پوستر شستشوی دست و نحوه درست راب کردن در محل مناسب نصب گردیده است.	
۱	۶۳	بعد از تماس با اشیای بی جان و وسایل تجهیزات پزشکی در اتاق بیمار از محلولهای حاوی الکل جهت ضد عفونی کردن دستها استفاده میشود.	
۳.۱	۶۴	کارکنان دسترسی آسان و سریع به ترکیبات الکلی جهت راب کردن دستها دارند.	
۱	۶۵	برای انجام پروسه هایی که نیاز به روش آسپتیک دارد از دستکش استریل استفاده می شود	
۱.۲	۶۶	برای جابجائی ترشحات دستگاه تنفسی و لوازم مورد استفاده دستکش پوشیده می شود	
۱	۶۷	بعد از جابجائی ترشحات دستگاه تنفسی و لوازم مورد استفاده دستکش ها تعویض می گردد و دستها ضد عفونی می شود	
۱	۶۸	کارکنان قانون منع استفاده از لاک و کاشت ناخن و ناخن مصنوعی را رعایت کرده اند.	
۱	۶۹	ناخنهای دست کمتر از ۶ میلیمتر است	
۱	۷۰	کارکنان از زیور آلات استفاده نمی کنند.	
۱	۷۱	به همراهان بیمار آموزش از نظر دست شستن داده می شود	
۳	۷۲	جهت شستن دست از آب غیر داغ(ولرم) استفاده می شود.	

## چک لیست نظارت و ارزشیابی کنترل عفونت در آندوسکوپی

محور: نیدل استیک

پاسخ			ردیف	کد
خیر	بلی			
		الگوریتم اقدامات ضروری هنگام نیدل استیک در ایستگاه پرستاری در بخش نصب شده است .	۷۳	۱
		سیفتی باکس در بخش موجود می باشد.	۷۴	۱
		سیفتی باکس ها به تعداد کافی هستند.	۷۵	۱
		سیفتی باکسها یکبار مصرف هستند.	۷۶	۱
		سیفتی باکسها از جنس غیر قابل نفوذ هستند.	۷۷	۱
		سیفتی باکسها دهانه گشاد هستند.	۷۸	۱
		سیفتی باکسها از حجم کافی و ابعاد مناسب بر خوردار هستند.	۷۹	۱
		سیفتی باکسها در سطح شانه نصب شده اند.	۸۰	
		سیفتی باکسها در محل مناسب (به دور از زاویه ها ، پریزهای برق و وسایلی از قبیل دستکش) قرار دارد.	۸۱	۱
		در پوش سوزنها پس از مصرف گذاشته نمی شوند.	۸۲	۱
		هنگام پر شدن حداکثر ۳/۴ سیفتی باکسها تعویض می شوند.	۸۳	۱
		سیفتی باکسها قبل از دفع نهایی در حرارت ۱۳۴ درجه به مدت ۲۰ دقیقه در اتو کلاو استریل میگردند و یا در دستگاه امحاء قرار می گیرند.	۸۴	۱
		کارکنان از رسیور جهت انتقال سرنگها و سوزنها و وسایل نوک تیز مصرف شده استفاده میکنند.	۸۵	۱
		در صورت عدم امکان دفع صحیح سوزن ها از روش یک دست جهت گذاشتن در پوش سرسوزن استفاده می شود	۸۶	۱